

# KERN MTA 400K-1M



Robusta bilancia pesapersona per una sensazione di sicurezza – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



weighingAreaMkt	600×600 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	780×680×68 mm
Materiale dell'alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	200×55×128 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	780×680×1100 mm
Altezza stativo	940 mm

## Display

Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	5 mm

## Funzioni

Calcolo del BMI	✓
Funzione HOLD	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Numero di tasti di comando	7

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	MBC-A08
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	40 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	20 h
Tempo di carica batteria	12 h
Batterie	6×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	20 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	5 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilance pesapersona a corrimano

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg; 400 kg
Divisione (g)	100 g; 200 g
Risoluzione	3.000, 2.000
Peso minimo	2 kg; 4 kg
Campo di azzeramento	-399,8 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Linearità	± 0,1 kg; 0,2 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,1 kg; 0,2 kg
Peso di calibrazione consigliato	400 kg (M1)
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Omologaz. possibile	✓

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,1 kg; 0,2 kg
Omologazione secondo 93/42/CEE (med.)	✓
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata	plastica
Superficie di pesata (rettangolare)	600×600 mm

# KERN MTA 400K-1M



Robusta bilancia pesapersona per una sensazione di sicurezza – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	900×876×1375 mm
Peso netto ca.	42 kg
Peso lordo ca.	65 kg
Tempi di consegna totali	2 d
Peso di spedizione	216,8 kg

## Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-130
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

